

Infobrochure
Kindergeneeskunde

Inhalatietherapie met aerochamber



Ventolin

1. Vóór het allereerste gebruik, de puffer 2x induwen.
Dit zorgt ervoor dat het medicijn klaar zit voor gebruik.
Dit hoeft erna nooit meer herhaald te worden, tenzij na reinigen van de aerochamber.
2. Goed schudden met de puffer, kapje er af nemen.
3. Monteer de puffer op de aerochamber.
4. Neem je kind rustig op de schoot.
5. Plaats het masker van de aerochamber op het aangezicht van je kind. Je zet het best eerst over de kin om daarna de neus ook goed te omvatten. Zorg dat het masker mooi aansluit. Het is niet nodig om het hard aan te duwen. Duw de puffer 1x in.
6. Laat je kind 10x in- en uitademen in de aerochamber. Je kan dit controleren door het heen-en weergaan van het gele klepje bovenaan het masker.
7. Neem de aerochamber van het aangezicht van je kind en herhaal vanaf stap 2 indien voorgeschreven om 2 puffs Ventolin te geven.
8. Indien je ook Flixotide moet gebruiken, geef je best eerst Ventolin en wacht je 10 minuten tot het geven van de Flixotide.



frequentie

..... keer/dag puffs



Flixotide

1. Vóór het allereerste gebruik, de puffer 2x induwen.
Dit zorgt ervoor dat het medicijn klaar zit voor gebruik.
Dit hoeft erna nooit meer herhaald te worden, tenzij na reinigen van de aerochamber.
2. Goed schudden met de puffer, kapje er af nemen.
3. Monteer de puffer op de aerochamber.
4. Neem je kind rustig op de schoot.
5. Plaats het masker van de aerochamber op het aangezicht van je kind. Je zet het best eerst over de kin om daarna de neus ook goed te omvatten. Zorg dat het masker mooi aansluit. Het is niet nodig om het hard aan te duwen. Duw de puffer 1 x in.
6. Laat je kind 10x in- en uitademen in de aerochamber. Je kan dit controleren door het heen-en weer gaan van het gele klepje bovenaan het masker.
7. Neem de aerochamber van het aangezicht van je kind en herhaal vanaf stap 2 indien voorgeschreven om 2 puffs Flixotide te geven.
8. Laat je kind iets drinken. Hierdoor verklein je de kans op orale schimmelinfecties.



frequentie


..... keer/dag puffs



Hoe controleren of de inhalator bijna leeg is?



Je controleert dit het best door het spuitbusje uit de plastic houder te nemen en in een bakje water te leggen. Hoe minder dosissen het spuitbusje bevat, hoe meer lucht erin zit en hoe meer het zal stijgen.







De voorzetskamer reinigen

- Was de voorzetskamer in warm water met detergent.
- Spoel NIET af, maar laat drogen aan de lucht.
- NIET afdrogen.
- Gebruik pas opnieuw als de voorzetskamer helemaal droog is.
- Frequentie: 1 x / week



Bij verdere vragen contacteer uw huisarts of kinderarts.



Contact

Secretariaat pediatrie
9u-13u en 14u-17u
056/ 62 35 50
pediatrie@ziekenhuiswaregem.be



Auteur: Dienst Pediatrie
Publicatiedatum: Augustus 2026
Doc: 8791

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be



www.kind-in-ziekenhuiswaregem.be